

АКТ
технического обслуживания оборудования узла учета тепловой энергии
на объекте установки по адресу: г. Челябинск, улица №25 *Вильям Мейсод.*, дом № *14*

за *апрель* 201*9* г.

(1 ввод)

«*04*» *04* 2019 г.

Вид системы: двухтрубная, трехтрубная
 (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Состав работ	Результат технического обслуживания оборудования УУТЭ, выявленная неисправность.
1	Проверка состояния помещения ИТП на объекте установки УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
2	Проверка наличия и целостности оборудования УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
3	Проверка наличия пломб ресурсоснабжающей организации на УУТЭ	<i>Без нарушений</i>
4	Проверка метрологических характеристик каналов измерения давления	<i>В норме</i>
5	Проверка метрологических характеристик каналов измерения расхода	<i>В норме</i>
6	Проверка метрологических характеристик каналов измерения температуры	<i>В норме</i>
7	Проверка работы системы электроснабжения	<i>Без нарушений</i>
8	Контроль исправности состояния разъемных соединений и кабелей линий связи и питания	<i>Без нарушений</i>
9	Проверка наличия заземления расходомеров	<i>Без нарушений</i>
10	Проверка винтовых соединений	<i>Без нарушений</i>
11	Проверка работы источников бесперебойного питания	<i>Без нарушений</i>

Ответственный Исполнитель: _____

[Подпись]
Подпись

Томов М. А.
ФИО

Представитель собственника: _____

[Подпись]
Подпись

Герасименко Д. И. 189
ФИО

квартира № _____