

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

Общество с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика" (ООО "ПриборАвтоматика")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 1780

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВЯЫ/16-08-2021/87403566Действительно до 15.08.2025Средство измерений Комплект термопреобразователей сопротивления; КТСП-Н; Pt100/A; 38878-12
наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 9101г; 9101х
заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначениев составе -поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с документом МП ВТ 047-2002 "Комплекты термопреобразователей
сопротивления КТСП-Н. Методика поверки", согласованной с ГЦИ СИ
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверкас применением эталонов: ФГУП "ВНИИМС", 2006 г.
70903.18.2Р.00196642, Термометр сопротивления эталонный ЭТС-100М М2, зав №217, 2 разряд в диапазоне
значений от минус 196,0
регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)°С до 419,527 °С; 19736.11.3Р.00170911, 19736.11.4Р.00170908, Измеритель температуры
средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонаммногоканальные прецизионные МИТ 8.10М, зав.№1744, 3 разряд в диапазоне значений отминус 300 мВ до 300 мВ, 4 разряд в диапазоне значений от 0 Ом до 2000 Омпри следующих значениях атмосферное давление 97,6 кПа, влажность воздуха 50,3 %, температура окружающей среды 20,9 °С, частота
влияющих факторов: питающей сети 50 Гц, напряжение питающей сети 222,2 В
перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/87403566
записи сведений о https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/87403566
результатах поверки в https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/87403566
ФИФ:Номер записи сведений о С-ВЯЫ/16-08-2021/87403566
результатах поверки в ФИФ С-ВЯЫ/16-08-2021/87403566
ОЕИ:Поверитель Глиос Даниил Германович
фамилия, инициалы

Знак поверки:

Начальник лаборатории Соляник Александр Юрьевич
должность руководителя или Соляник Александр Юрьевич
другого уполномоченного лица Соляник Александр Юрьевич
подпись Соляник Александр Юрьевич
фамилия, инициалыДата поверки 16.08.2021