

# УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

№ С-7938.036/У-2021

Действительно до  
«28» сентября 2025 г.

Средство измерений Вычислители количества теплоты ВКТ-7, мод. 04, 23195-11

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном

информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 206442

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с РБЯК.400880.036 РЭ, раздел 8 «Методика поверки» руководства по

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

эксплуатации «Вычислители количества теплоты ВКТ-7», утверждена «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 14 декабря 2010г.

с применением эталонов: 17567.09.1Р.58813, 17567.09.4Р.58800, 17567.09.5Р.58801, Стенд

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

СКС6, зав.№920, 1 разряд в диапазоне значений от 1 до 20 мА, 4 разряд в диапазоне

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

значений от 51,0 до 673,3 Ом, 5 разряд частоты в диапазоне значений от 0,305176 до 10000

Гц, количества импульсов в диапазоне значений от 1 до 65535 имп., периода импульсов в

диапазоне значений от 0,1 до 3200,0 мс.

при следующих значениях влияющих факторов: атмосферное давление 101,7 кПа,

влажность воздуха 53,1 %, температура окружающей среды 24,6 °С, частота питающей

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

сети 50 Гц, напряжение питающей сети 220 В

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано

ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.



Начальник лаборатории

должность руководителя подразделения или другого уполномоченного лица

Аккулова Регина Ильдаровна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Дата поверки

«29» сентября 2021 г.

Булавенков Сергей Валентинович