



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика" (ООО "ПриборАвтоматика")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 1780

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВЯЫ/27-09-2021/98022734

Действительно до 26.09.2025

Средство измерений: Расходомеры-счетчики электромагнитные; ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М; исп. ЭРСВ-440 ЛВ Ду100; 52856-13

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер: 1363966

в составе: -

поверено: в полном объеме

в соответствии с документом ШКСД.407212.006 РЭ «Расходомеры-счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР» модификация «Лайт М». Руководство по эксплуатации», раздел «Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ

с применением эталонов: ФГУП «ВНИИР» 05 декабря 2012 г. 64632.16.ЗР.00151068, Установка поверочная малогабаритная МПУ "СЭМ"-2-200, зав.№1874, 3 разряд в диапазоне значений от 0,02 до 200

м3/ч

при следующих значениях влияющих факторов: атмосферное давление 98,3 кПа, влажность воздуха 50,7 %, температура окружающей среды 20,4 °С, частота питающей сети 50 Гц, напряжение питающей сети 222,2 В, температура поверочной жидкости 20 °С

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/98022734

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: С-ВЯЫ/27-09-2021/98022734

Поверитель: Глиос Даниил Германович

Знак поверки:



Начальник лаборатории: Соляник Александр Юрьевич

Дата поверки: 27.09.2021