



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика" (ООО

"ПриборАвтоматика") Уникальный номер записи об аккредитации в реестре

аккредитованных лиц 1780

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № C-ВЯЫ/09-09-2021/95604629

Действительно до 08.09.2025

Средство измерений

Преобразователь расхода электромагнитный; ПРЭМ; мод. ПРЭМ Ду 50; 17858-11

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

558589

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

-

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

документом РБЯК.407111.039 МП «Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ. Методика

поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» 5 марта 2011г.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов:

52183.12.1P.00196946, 52183.12.2P.00196947, 52183.12.3P.00196948, Установка поверочная

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

автоматизированная УПРС-70/1, зав.№071, 1 разряд в диапазоне значений от 0,01 т/ч до 70,00 т/ч, 2 разряд в диапазоне

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

значений от 0,01 м3/ч до 70,00 м3/ч, 3 разряд в диапазоне значений от 0,006 м3/ч до 0,01 м3/ч; 8478.81.3P.00164706,

8478.81.4P.00164707, Меры электрического сопротивления P3026, зав.№0226, 3 разряд в диапазоне значений от 1000,00 до

111111,1 Ом, 4 разряд в диапазоне значений от 0,09 до 1000,00 Ом.

при следующих значениях
влияющих факторов:

атмосферное давление 101,4 кПа, влажность воздуха 54,1 %, температура окружающей среды 22,7 °С, частота
питающей сети 50 Гц, напряжение питающей сети 224 В, температура

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

поверочной жидкости 21,9 °С

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес

записи сведений о

результатах поверки в

ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/95604629>

Номер записи сведений о

результатах поверки в ФИФ

ОЕИ:

C-ВЯЫ/09-09-2021/95604629

Поверитель

Логинов Дмитрий Николаевич

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник лаборатории

должность руководителя или
другого уполномоченного лица

подпись

Аккулова Регина Ильдаровна

фамилия, инициалы

Дата поверки

09.09.2021