

*вожатка
Новая 7 (сгорела)*

7 Свидетельство о приеме

Преобразователь расхода, номер версии ПО «23», Зав. № **581944**

ПРЭМ	65	L0	-	F	0	D	Класс
ДУ	20						
	32						
	40						
	50						
	65						
	80						
	100						
	150						

Максимальный расход: 0 - Qmax1 / 1 - Qmax2
 Доп. импульсный выход: F -- нет доп. выхода / F - есть доп. выход
 Модуль RS485: R -- нет / T - токовый выход / R - интерфейс RS485
 Вариант индикации: L0 - нет индикатора / L2 - с индикатором

Исполнение + фланцевое «сандвич»

соответствует техническим условиям ТУ-4213-039-15147476-2006 и признан годным для эксплуатации.



Инженер ОТК Дегтярев Д.В. 15.03.2014
 ФИО Дегтярев Д.В. дата изготовления (число, месяц, год)

8 Параметры настройки и конфигурации

Дата настройки (изменения)	Режимы выходов		Диапазон расхода по токовому выходу, м³/ч	Индикатор	ФИО и подпись исполнителя (клеймо)
	F1	F2			
16.03.2014	0	0	-	L0	Дегтярев Д.В.

9 Сведения о поверке

Дата поверки	Верхний предел Qmax, м³/ч	Калибровочные коэффициенты			Результат поверки	ФИО и подпись поверителя (клеймо)
		U1	U2	Q2		
17.03.2014	120,000	4968	351765	16,927	годен	Молчанова О.Л. Смирнов Д.Ю.

Межповерочный интервал - 4 года.

194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 45
 8 800 250-03-03 | www.teplocom-sale.ru | info@teplocom-sale.ru



ОКП 42 1351



ПРЭМ
 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА
 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ
 Исполнение электронного блока 1

Паспорт
 РБЯК.407111.039 ПС



www.teplocom-sale.ru
 8 800 250 0303



1 Основные сведения об изделии

Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ предназначен для измерений и преобразования в выходные электрические сигналы объёмного расхода и объёма электропроводящих жидкостей.

Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под № 17858-11.

Технические характеристики преобразователя приведены в руководстве по эксплуатации РБЯК.407111.039 РЭ.

2 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

2.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

Средний срок службы не менее 12 лет.

Средняя наработка на отказ не менее 80000 ч.

Срок хранения в упаковке изготовителя не более 4 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

2.2 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требованиям технических условий ТУ 4213-039-15147476-2006 при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации и инструкции по монтажу.

Гарантийный срок – 4 года от даты продажи.

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- наличия механических повреждений и дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- нарушения целостности пломб изготовителя и поверительного клейма;
- самостоятельного ремонта.

Изготовитель выполняет гарантийный ремонт преобразователя при наличии паспорта и сведений о рекламации.

3 Комплектность

3.1 Составные части

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
ПРЭМ	Преобразователь расхода электромагнитный	1	исполнение по разд. 7
	Блок питания	1	тип по наличию на момент поставки
ГОСТ 15180-86	Прокладка паронитовая	2	для исполнения фланцевого и с защитой футеровки
	Клеммник-розетка		количество в соответствии с исполнением

3.2 Эксплуатационная документация

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
РБЯК.407111.039 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
РБЯК.407111.039 ПС	Паспорт	1	
РБЯК.407111.039 МП	Методика поверки	1	по 1 экз.
РБЯК.407111.039 ИМ	Инструкция по монтажу	1	при групповой поставке
	Акт рекламации	1	

4 Заметки по эксплуатации

В процессе эксплуатации преобразователя необходимо принять меры для сохранения установленных на нём пломб.

В процессе эксплуатации преобразователь должен подвергаться периодической поверке по методике поверки РБЯК.407111.039 МП.

5 Сведения об утилизации

Преобразователь не обладает факторами, опасными для человека или окружающей среды. Утилизация осуществляется в порядке, установленном пользователем.

6 Свидетельство об упаковке

Преобразователь упакован на предприятии ЗАО «НПФ Теплоком» согласно требованиям конструкторской документации.

Упаковщик _____

ФИО (отпечатки печати)

дата упаковки (число, месяц, год)

Упаковщик

17 MAR 2014

НПФ Теплоком С.А.